

JZU BOLNICA „SVETI VRAČEVI“

BIJELJINA

Broj: 5942/25

Dana: 11.09. 2025. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a) i člana 70. stav (1), (2), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22 i 50/24), člana 36. Pravilnika o javnim nabavkama JZU Bolnice „Sveti Vračevi“ Bijeljina, člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“, broj: 103/14 i 49/23), a na preporuku Komisije za javne nabavke, broj: 4422-3/25 od 03.09.2025. godine, imenovane rješenjem, broj: 3773/25 od 29.05.2025. godine, u postupku javne nabavke za nabavku robe – „Potrošni materijal za sterilizaciju“ – otvoreni postupak, broj: 3772/25, objavljenom na Portalu javnih nabavki pod brojem: 106-1-1-202-3-173/25, v.d. direktora JZU Bolnice „Sveti Vračevi“ Bijeljina, donosi:

**ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
u postupku javne nabavke za nabavku robe –
„POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU“
putem otvorenog postupka, broj: 3772/25**

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 4422-3/25 od 03.09.2025. godine, u postupku javne nabavke za nabavku robe „Potrošni materijal za sterilizaciju“, putem otvorenog postupka, broj: 3772/25, a kojom se okvirni sporazum dodjeljuje za:

- **LOT 1** – ponuđaču „Proma“ d.o.o. Sarajevo na period do 1 (jedne) godine, finansijske vrijednosti do **71.495,00 KM bez PDV-a**, te rokom isporuke robe od **1 dan**;
- **LOT 2** – ponuđaču „Derby trade“ d.o.o. Brčko na period do 1 (jedne) godine, finansijske vrijednosti do **18.330,00 KM bez PDV-a**, te rokom isporuke robe od **7 dana**;
- **LOT 3** – ponuđaču „Proma“ d.o.o. Sarajevo na period do 1 (jedne) godine, finansijske vrijednosti do **67.000,00 KM bez PDV-a**, te rokom isporuke robe od **1 dan**;
- **LOT 4** – ponuđaču „Derby trade“ d.o.o. Brčko na period do 1 (jedne) godine, finansijske vrijednosti do **11.240,00 KM bez PDV-a**, te rokom isporuke robe od **7 dana**;

- **LOT 7** – ponuđaču „Derby trade“ d.o.o. Brčko na period do 1 (jedne) godine, finansijske vrijednosti do **700,00 KM bez PDV-a**, te rokom isporuke robe od **1 dana**;
- **LOT 8** - ponuđaču „Derby trade“ d.o.o. Brčko na period do 1 (jedne) godine, finansijske vrijednosti do **21.750,00 KM bez PDV-a**, te rokom isporuke robe od **1 dana**;
- **LOT 9** – ponuđaču „**Medical**“ d.o.o. Mostar na period do 1 (jedne) godine, finansijske vrijednosti do **56.350,00 KM bez PDV-a**, te rokom isporuke robe od **1 dana**;
- **LOT 10** - ponuđaču „Derby trade“ d.o.o. Brčko na period do 1 (jedne) godine, finansijske vrijednosti do **4.896,00 KM bez PDV-a**, te rokom isporuke robe od **1 dana**;

Član 2.

Izabrani ponuđači su dužni da dokaze o ispunjavanju uslova iz tačke 3.1. tenderske dokumentacije, a u skladu sa članom 45. stav 2) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22 i 50/24), dostave u roku od 5 dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima postupka javne nabavke. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa (do 15,00 časova), te za ugovorni organ nije relevantno na koji način su poslati. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude i moraju se predati u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Ukoliko ponuđač propusti da dostavi navedena dokumenta, smatraće se da je odustao od ugovora za navedeni predmet nabavke, te će Ugovorni organ postupiti u skladu sa članom 72. stav 3) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22 i 50/24).

Ponuđači koji su navedenu dokumentaciju dostavili uz ponudu, nemaju obavezu istu da dostavljaju ponovo.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i shodno članu 70. stav (6) i članu 71. Zakona o javnim nabavkama BiH, biće prosljeđena ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke uz istovremeno objavljivanje na veb stranici Ugovornog organa: www.bolnicabijeljina.com.

Član 4.

Prijedlog Okvirnog sporazuma dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču u skladu sa članom 98. Zakona o javnim nabavkama BiH, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

O b r a z l o ž e n j e

U postupku javne nabavke robe – „Petrošni materijal za sterilizaciju“ broj: 3772/25, objavljenom na Portalu javnih nabavki pod brojem: 106-1-1-202-3-173/25, po Otvorenom postupku, na protokol JZU Bolnice „Sveti Vračevi“ Bijeljina blagovremeno su zaprimljene 3 (tri) ponude:

<i>Reg. Br.</i>	<i>Redni broj omotnice ponude</i>	<i>Naziv ponuđača</i>	<i>Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena</i>
4212/25	1.	„Proma“ d.o.o. Sarajevo	Da
4347/25	2.	„Derby trade“ d.o.o. Brčko	Da
4366/25	3.	„Medical“ d.o.o. Mostar	Da

Komisija za nabavku imenovana Rješenjem broj 3773/25 od 29.05.2025. godine izvršila je javno otvaranje pristiglih ponuda, pregled, analizu i ocjenu ponuda, te konstatovala sljedeće:

Ponuda „Proma“ d.o.o. Sarajevo za LOT-1 i LOT-3 je ispunila sve tehničke, formalno pravne zahtjeve i minimum kvalifikacionih uslova.

Ponuda „Proma“ d.o.o. Sarajevo za LOT-2 se odbacuje kao neprihvatljiva.

Ponuđač „Proma“ d.o.o. Sarajevo za **LOT-2** je ponudio proizvode koji ne ispunjavaju sve postavljene zahtjeve tehničkom specifikacijom.

Za dokazivanje tehničke i profesionalne sposobnosti tenderskom dokumentacijom traženo je da se dostavi: „Katalog ili izvod iz kataloga za ponuđeni predmet nabavke.

Ponuđači moraju u katalogu naznačiti broj lota i označiti karakteristike tražene tehničkom specifikacijom tendera. Ponuđači mogu uz katalog dostaviti originalnu izjavu proizvođača o ispunjenosti tehničkih karakteristika koje eventualno nedostaju u katalogu zbog neažurnosti istog. Ugovorni organ zadržava pravo da provjeri vjerodostojnost dostavljenih kataloga.“

Ponuđač „Proma“ d.o.o. Sarajevo za LOT -2 je dostavio izvod iz kataloga kao i tehnički list na kome je označio karakteristike proizvoda koji je ponudio, međutim komisija je utvrdila da ponuđeni proizvodi ne ispunjavaju sve karakteristike tražene tehničkom specifikacijom.

Tehničkom specifikacijom za LOT-2 traženi su: **POTROŠNI MATERIJAL ZA APARATE „GETINGE“ – RUKAVCI**, i to:

stavka 1. Rukavci-folije za pakovanje za sterilizaciju

- Rukavci-folije za pakovanje medicinskih instrumenata i medicinskog materijala koji se potom sterilize u autoklavu
- Dimenzije folije 10cmx200m
- Folija bez preklopa

Rukavci za sterilizaciju su kombinacija papir / plastični dio (film) sa ugrađena 3 indikatora sterilizacije (Para, EO, FO) i uputstvom za korištenje. Indikatori u skladu sa ISO 11140-1:2014. Papirna strana vrećice treba imati težinu papira od 60 do 70g/m². Tipična snaga kidanja papira 400kPa (tolerancija >270Kpa) u skladu sa ISO 2758. Propustljivost vazduha tipično 13µm/Pa.s (sa tolerancijom 5,3-14,2µm/Pa.s) u skladu sa ISO 5636-3. Papir odgovara zahtjevima EN 868-3:2017. Film napravljen od PET/PP koji može biti sterilisan u ekstremnim uslovima sterilizacije od 140°C. Nominalna debljina 52µm. Nominalna težina 53g/m². Elastičnost filma kod pucanja MD i CD, nominalno 70% (u skladu sa ISO 527-3). Plastika-providna folija napravljen za temperaturu zavarivanja od 165-200°C. Rukavci moraju da zadovoljavaju standard ISO 11607-1:2019, ISO 11607-2:2019, EN 865:2019.

stavka 2. Rukavci-folije za pakovanje za sterilizaciju

- Rukavci-folije za pakovanje medicinskih instrumenata i medicinskog materijala koji se potom sterilise u autoklavu
- Dimenzije folije 15cmx200m
- Folija bez preklopa

Rukavci za sterilizaciju su kombinacija papir / plastični dio (film) sa ugrađena 3 indikatora sterilizacije (Para, EO, FO) i uputstvom za korištenje. Indikatori u skladu sa ISO 11140-1:2014. Papirna strana vrećice treba imati težinu papira od 60 do 70g/m². Tipična snaga kidanja papira 400kPa (tolerancija >270Kpa) u skladu sa ISO 2758. Propustljivost vazduha tipično 13µm/Pa.s (sa tolerancijom 5,3-14,2µm/Pa.s) u skladu sa ISO 5636-3. Papir odgovara zahtjevima EN 868-3:2017. Film napravljen od PET/PP koji može biti sterilisan u ekstremnim uslovima sterilizacije od 140°C. Nominalna debljina 52µm. Nominalna težina 53g/m². Elastičnost filma kod pucanja MD i CD, nominalno 70% (u skladu sa ISO 527-3). Plastika-providna folija napravljen za temperaturu zavarivanja 165-200°C. Rukavci moraju da zadovoljavaju standard ISO 11607-1:2019, ISO 11607-2:2019, EN 865:2019.

stavka 3. Rukavci-folije za pakovanje za sterilizaciju

- Rukavci-folije za pakovanje medicinskih instrumenata i medicinskog materijala koji se potom sterilise u autoklavu
- Dimenzije folije 30cmx200m
- Folija bez preklopa

Rukavci za sterilizaciju su kombinacija papir / plastični dio (film) sa ugrađena 3 indikatora sterilizacije (Para, EO, FO) i uputstvom za korištenje. Indikatori u skladu sa ISO 11140-1:2014. Papirna strana vrećice treba imati težinu papira od 60 do 70g/m². Tipična snaga kidanja papira 400kPa (tolerancija >270Kpa) u skladu sa ISO 2758. Propustljivost vazduha tipično 13µm/Pa.s (sa tolerancijom 5,3-14,2µm/Pa.s) u skladu sa ISO 5636-3. Papir odgovara zahtjevima EN 868-3:2017. Film napravljen od PET/PP koji može biti sterilisan u ekstremnim uslovima sterilizacije od 140°C. Nominalna debljina 52µm. Nominalna težina 53g/m². Elastičnost filma kod pucanja MD i CD, nominalno 70% (u skladu sa ISO 527-3). Plastika-providna folija napravljen za temperaturu zavarivanja

165-200°C. Rukavci moraju da zadovoljavaju standard ISO 11607-1:2019, ISO 11607-2:2019, EN 865:2019.

stavka 4. Rukavci-folije za pakovanje za sterilizaciju

- Rukavci-folije za pakovanje medicinskih instrumenata i medicinskog materijala koji se potom steriliše u autoklavu
- Dimenzije folije 20cmx200m
- Folija bez preklopa

Rukavci za sterilizaciju su kombinacija papir / plastični dio (film) sa ugrađena 3 indikatora sterilizacije (Para, EO, FO) i uputstvom za korištenje. Indikatori u skladu sa ISO 11140-1:2014. Papirna strana vrećice treba imati težinu papira od 60 do 70g/m². Tipična snaga kidanja papira 400kPa (tolerancija >270Kpa) u skladu sa ISO 2758. Propustljivost vazduha tipično 13µm/Pa.s (sa tolerancijom 5,3-14,2µm/Pa.s) u skladu sa ISO 5636-3. Papir odgovara zahtjevima EN 868-3:2017. Film napravljen od PET/PP koji može biti sterilisan u ekstremnim uslovima sterilizacije od 140°C. Nominalna debljina 52µm. Nominalna težina 53g/m². Elastičnost filma kod pucanja MD i CD, nominalno 70% (u skladu sa ISO 527-3). Plastika-providna folija napravljena za temperaturu zavarivanja 165-200°C. Rukavci moraju da zadovoljavaju standard ISO 11607-1:2019, ISO 11607-2:2019, EN 865:2019.

Komisija je utvrdila da je ponuđač „Proma“ d.o.o. Sarajevo za LOT – 2 (stavke 1, 2, 3 i 4) ponudio nominalnu debljinu od 83µm, a tražena je 52µm. Elastičnost filma kod pucanja MD i CD izraženo u KN/m, a ne u procentu i prema standardu ISO 1924-2, a traženo prema ISO 527-3.

Komisija konstatuje da ponuđeni proizvodi ne ispunjavaju sve tražene karakteristike, te se ponuda „Proma“ d.o.o. Sarajevo za lot 2 odbacuje kao neprihvatljiva.

Ponuda „Proma“ d.o.o. Sarajevo za LOT-6 se odbacuje kao neprihvatljiva.

Tenderskom dokumentacijom je traženo da se za dokazivanje tehničke i profesionalne sposobnosti dostavi: „Rješenje/Potvrdu o upisu predmeta nabavke u registar medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH sa svim priložima Rješenja/Potvrde ukoliko isti postoje ili EC –Certifikat o uskladenosti ili izjave proizvođača o uskladenosti ponuđene robe sa evropskom direktivom (Declaration of Conformity)”.

Ponuđač “Proma” d.o.o. Sarajevo za stavku 9 u okviru lota -6 nije dostavio tražene dokaze tehničke i profesionalne sposobnosti, te Komisija konstatuje da je ponuda neprihvatljiva.

Ponuda broj 4347/25 „Derby trade“ d.o.o. Brčko za LOT 2, 4, 7, 8 i 10 je ispunila sve tehničke, formalno pravne zahtjeve i minimum kvalifikacionih uslova.

Ponuda broj 4366/25 „Medical“ d.o.o. Mostar za LOT-9 je ispunila sve tehničke, formalno pravne zahtjeve i minimum kvalifikacionih uslova.

Slijedom navedenog, predloženo je da se okvirni sporazum u predmetu: „Potrošni materijal za sterilizaciju“, otvoreni postupak, broj nabavke: 3772/25, objavljen na Portalu javnih nabavki pod brojem: 106-1-1-202-3-173/25 od 11.06.2025. godine, dodijeli:

LOT 1 – ponuđaču „**Proma**“ d.o.o. Sarajevo na period do 1 (jedne) godine, finansijske vrijednosti do **71.495,00 KM bez PDV-a**, te rokom isporuke robe od **1 dan**;

LOT 2 – ponuđaču „**Derby trade**“ d.o.o. Brčko na period do 1 (jedne) godine, finansijske vrijednosti do **18.330,00 KM bez PDV-a**, te rokom isporuke robe od **7 dana**;

LOT 3 – ponuđaču „**Proma**“ d.o.o. Sarajevo na period do 1 (jedne) godine, finansijske vrijednosti do **67.000,00 KM bez PDV-a**, te rokom isporuke robe od **1 dan**;

LOT 4 - ponuđaču „**Derby trade**“ d.o.o. Brčko na period do 1 (jedne) godine, finansijske vrijednosti do **11.240,00 KM bez PDV-a**, te rokom isporuke robe od **7 dana**;

LOT 7 – ponuđaču „**Derby trade**“ d.o.o. Brčko na period do 1 (jedne) godine, finansijske vrijednosti do **700,00 KM bez PDV-a**, te rokom isporuke robe od **1 dan**;

LOT 8 - ponuđaču „**Derby trade**“ d.o.o. Brčko na period do 1 (jedne) godine, finansijske vrijednosti do **21.750,00 KM bez PDV-a**, te rokom isporuke robe od **1 dan**;

LOT 9 – ponuđaču „**Medical**“ d.o.o. Mostar na period do 1 (jedne) godine, finansijske vrijednosti do **56.350,00 KM bez PDV-a**, te rokom isporuke robe od **1 dan**;


LOT 10 - ponuđaču „**Derby trade**“ d.o.o. Brčko na period do 1 (jedne) godine, finansijske vrijednosti do **4.896,00 KM bez PDV-a**, te rokom isporuke robe od **1 dan**.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke pravo žalbe ime svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda Zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke. Žalba se može izjaviti u roku od 10 dana od dana prijema odluke. Žalba se izjavljuje na način propisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama.

Dostavljeno:

- Ponuđačima
- Odsjeku za javne nabavke
- a/a



V.D. DIREKTORA

Clomif
Prim. dr Mikajlo Lazić