JZU BOLNICA „SVETI VRAČEVI“

BIJELJINA

Broj: 7488/26

Dana: 06. 11. 2026. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a) i člana 70. stav (1), (2), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22 i 50/24), člana 36. Pravilnika o javnim nabavkama JZU Bolnice „Sveti Vračevi“ Bijeljina, člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“, broj: 103/14 i 49/23), a na preporuku Komisije za javne nabavke, broj: 6781-3/26 od 02.11.2026. godine, imenovane rješenjem, broj: 6228/26 od 07.09.2026. godine, u postupku javne nabavke za nabavku robe – „Potrošni materijal za sterilizaciju“, otvoreni postupak, broj nabavke: 6227/26, objavljen na Portalu javnih nabavki pod brojem: 106-1-1-389-3-253/26 od 11.09.2026. godine, direktora JZU Bolnice „Sveti Vračevi“ Bijeljina, donosi:

O D L U K U
o poništenju dijela postupka nabavke za nabavku robe – „Potrošni materijal za sterilizaciju“, otvoreni postupak, broj nabavke: 6227/26

Član 1.

Poništava se postupak nabavke robe - Potrošni materijal za sterilizaciju otvoreni postupak, broj nabavke: 6227/26, objavljen na Portalu javnih nabavki pod brojem: 106-1-1-389-3-253/26 od 11.09.2026. godine i to:

- **LOT 3 -** u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH jer nije pristigla nijedna prihvatljiva ponuda;

- **LOT 5 -** u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a), jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku;

- **LOT 9 -** u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d), jer nijedna primljena ponuda nije prihvatljiva za Ugovorni organ.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i shodno članu 70. stav (6) i članu 71. Zakona o javnim nabavkama BiH, biće proslijeđena ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke uz istovremeno objavljivanje na veb stranici Ugovornog organa: www.bolnicabijeljina.com.

O b r a z l o ž e n j e

U postupku javne nabavke robe – „Potrošni materijal za sterilizaciju", otvoreni postupak, broj nabavke: 6227/26, objavljen na Portalu javnih nabavki pod brojem: 106-1-1-389-3-253/26 od 11.09.2026. godine, po Otvorenom postupku, na protokol JZU Bolnice „Sveti Vračevi" Bijeljina blagovremeno su zaprimljene 3 (tri) ponude:

Red br.	*Reg. br.*	*Naziv ponuđača*	*Datum i sat prijema*
1.	6712/26	„Medical" d.o.o. Mostar	29.09.2026./11.40h
2.	6751/26	„Proma" d.o.o. Sarajevo	01.10.2026./08.20h
3.	6780/26	„Derby trade" d.o.o. Brčko	02.10.2026./10.20h

Komisija za nabavku imenovana Rješenjem broj 6228/26 od 07.09.2026. godine izvršila je javno otvaranje pristiglih ponuda, pregled, analizu i ocjenu ponuda, te konstatovala da za je za LOT 3, LOT 5 i LOT 9 potrebno poništiti postupak nabavke.

Komisija za nabavku je konstatovala da za **LOT-3** u određenom krajnjem roku nije pristigla nijedna ponuda, te da je potrebno poništiti postupak nabavke za LOT-3.

Ponuda „Medical" d.o.o. Mostar za LOT-9 nije dostavljena u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije, te je odbačena kao **neprihvatljiva**.

Za dokazivanje tehničke i profesionalne sposobnosti tenderskom dokumentacijom uzmeđu ostalog traženo je da se dostavi: Rješenje/Potvrdu o upisu predmeta nabavke u registar medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH sa svim prilozima Rješenja/Potvrde ukoliko isti postoje (original ili ovjerena kopija) ili EC –Certifikat o uskladjenosti ili izjave proizvodjača o usklađenosti ponuđene robe sa evropskom direktivom (Declaration of Conformity).

Ponuđač „Medical" d.o.o. Mostar za LOT-9 stavke 2 i 3 nije dostavio navedene dokaze tehničke i profesionalne sposobnosti, te je njegova ponuda za lot 9 odbačena kao neprihvatljiva.

Ponuda broj 6751/26 „Proma" d.o.o. Sarajevo za LOT 2 i 3 nije dostavljena u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije te se odbacuje kao neprihvatljiva.

Tehničkom specifikacijom tenderskog dokumenta za LOT 2 stavke 1, 2, 3 i 4 tražene su sljedeće karakteristike:
„Rukavci za sterilizaciju su kombinacija papir / plastični dio (film) sa ugrađena 3 indikatora sterilizacije (Para, EO, FO) i uputstvom za korištenje. Indikatori u skladu sa ISO 11140-1:2014. Papirna strana vrećice treba imati težinu papira od 60 do 70g/m2. Tipična snaga kidanja papira 400kPa (tolerancija >270Kpa) u skladu sa ISO 2758. ***Propustljivost***

vazduha tipično 9µm/Pa.s *u skladu sa ISO 5636-3. Papir odgovara zahtjevima EN 868-3:2025.* ***Film napravljen od BOPET/PP koji može biti sterilisan u ekstremnim uslovima sterilizacije od 140°C. Nominalna debljina 52µm. Nominalna težina 53g/m2."***

Ponuđač „Proma" d.o.o. Sarajevo je dostavio Tehnički list za ponuđene proizvode za lot 2. U navedenom tehničkom listu se komisija je uočila da je ponuđene karakteristike proizvoda ne odgovaraju traženim tehničkom specifikacijom.

Naime, tehničkom specifikacijom zahtijevana je propustljivost vazduha 9µm/Pa.s, a iz dostavljenog tehničkog lista vidi se da je ponuđena propustljivost vazduha 11,4 9µm/Pa.s.

Ponuđač nije dokazao da je film napravljen BOPET/PP koji može biti sterilisan u ekstremnim uslovima sterilizacije od 140°C.

Tražena je nominalna debljina 52 µm, dok su ponuđeni proizvodi od 53 µm ±5.

Tehničkom specifikacijom definisana je nominalna težina od 53g/m2, što u dostavljenoj dokumentaciji za lot 2 nije navedeno.

Uzimajući u obzir sve naprijed navedeno komisija je zaključila da ponuđeni proizvodi za lot 2 ponuđača „Proma" d.o.o. Sarajevo ne ispunjavaju tehničke karakteristike zahtijevane u tenderskom dokumentu, te da je ponudu potrebno odbaciti kao neprihvatljivu.

Za dokazivanje tehničke i profesionalne sposobnosti tenderskom dokumentacijom između ostalog traženo da se dostavi: Rješenje/Potvrdu o upisu predmeta nabavke u registar medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH sa svim prilozima Rješenja/Potvrde ukoliko isti postoje (original ili ovjerena kopija) ili EC -Certifikat o uskladjenosti ili izjave proizvodjača o usklađenosti ponuđene robe sa evropskom direktivom (Declaration of Conformity).

Ponuđač „Proma" d.o.o. Sarajevo za LOT-3 nije dostavio navedene dokaze tehničke i profesionalne sposobnosti, te se njegova ponuda za lot 3 odbacuje kao neprihvatljiva.

Ponuda „Derby trade" d.o.o. Brčko za LOT 7 nije dostavljena u skladu sa zahtijevima tenderske dokumentacije, te se odbacuje kao neprihvatljiva.

Za dokazivanje tehničke i profesionalne sposobnosti tenderskom dokumentacijom između ostalog traženo da se dostavi: Rješenje/Potvrdu o upisu predmeta nabavke u registar medicinskih sredstava kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH sa svim prilozima Rješenja/Potvrde ukoliko isti postoje (original ili ovjerena kopija) ili EC -Certifikat o uskladjenosti ili izjave proizvodjača o usklađenosti ponuđene robe sa evropskom direktivom (Declaration of Conformity).

Ponuđač „Derby" d.o.o. Brčko za LOT-7 nije dostavio navedene dokaze tehničke i profesionalne sposobnosti, te se njegova ponuda za lot 7 odbacuje kao neprihvatljiva.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke pravo žalbe ime svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda Zakona i podzakonskih akata od strane

ugovornog organa u postupku javne nabavke. Žalba se može izjaviti u roku od 10 dana od dana prijema odluke. Žalba se izjavljuje na način propisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama.

DIREKTOR

Prim. dr Mikajlo Lazić

Dostavljeno:
- Ponuđačima
- Odsjeku za javne nabavke
- a/a