JZU BOLNICA „SVETI VRAČEVI“

BIJELJINA

Broj: 7527/26

Dana: 09.11.2026. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) i člana 70. stav (1), (2), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22 i 50/24), člana 36. Pravilnika o javnim nabavkama JZU Bolnice „Sveti Vračevi“ Bijeljina, člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“, broj: 103/14 i 49/23), a na preporuku Komisije za javne nabavke, broj: 7027-3/26 od 05.11.2026. godine, imenovane rješenjem broj: 6030/26 od 27.08.2026. godine, u postupku javne nabavke za nabavku robe – „Potrošni materijal za potrebe PCR laboratorije“ – otvoreni postupak, broj: 6029/26, objavljenom na Portalu javnih nabavki pod brojem: 106-1-1-399-3-263/23, direktor JZU Bolnice „Sveti Vračevi“ Bijeljina, donosi:

O D L U K U
o poništenju dijela postupka nabavke za nabavku robe – „Potrošni materijal za potrebe PCR laboratorije“ putem otvorenog postupka, broj: 6029/26

Član 1.

U skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH poništava se postupak nabavke broj 6029/26 za LOT 1 jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i shodno članu 70. stav (6) i članu 71. Zakona o javnim nabavkama BiH, biće proslijeđena ponuđačima koji su učestvovali u

postupku javne nabavke uz istovremeno objavljivanje na veb stranici Ugovornog organa: www.bolnicabijeljina.com.

O b r a z l o ž e nj e

U postupku javne nabavke broj 6029/26 (broj obavještenja na portalu javnih nabavki: 106-1-1-399-3-263/26) za nabavku robe – Potrošni materijal za potrebe PCR laboratorije, po Otvorenom postupku, na protokol JZU Bolnice „Sveti Vračevi" Bijeljina blagovremeno su zaprimljene 4 (četiri) ponude:

1. "Derby trade" d.o.o. Brčko, broj 7001/26 (za lot 1)
2. "Profy" d.o.o. Bijeljina, broj 7014/26 (za lot 1)
3. "Medimax" d.o.o. Banja Luka, broj 7025/26 (za lotove 2 i 3)
4. "Medicom" d.o.o. Bijeljina, broj 7026/26 (za lot 1)

Komisija za nabavku imenovana Rješenjem broj 6030/26 od 27.08.2026. godine izvršila je javno otvaranje pristiglih ponuda, pregled, analizu i ocjenu ponuda, te konstatovala da je ponuda „Medimax" d.o.o. Banja Luka **prihvatljiva**, dok su ponude „Derby trade" d.o.o. Brčko, „Profy" d.o.o. Bijeljina i „Medicom" d.o.o. Bijeljina **neprihvatljive**.

Ponuda „Derby trade" d.o.o. Brčko za lot 1 je neprihvatljiva za Ugovorni organ iz sledećih razloga:

- *tačkom 3.3. tenderske dokumentacije broj 6029/26 od ponuđača je traženo da dokažu da je roba koju nude registrovana kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH ili da ponuđena roba posjeduje odgovarajuće uvjerenje o kvalitetu ukoliko se nude neregistrovana medicinska sredstva. Ponuđač "Derby trade" d.o.o. Brčko je dostavio ponudu za lot 1, ali je umjesto zahtjevane dokumentacije kao dokaz tehničke i profesionalne sposobnosti dostavio izjave da proizvodi navedeni u lotu 1 nisu medicinska sredstva i da kao takva ne podpadaju pod EC sertifikaciju. Analizom dostavljenih kataloga komisija je utvrdila da ponuđena roba ne odgovara zahtjevima u tehničkoj specifikaciji i to:*
    - *stavke 5 i 6 – ne piše da su ponuđene epruvete safelock i transparentne*
    - *stavka 7 – ne piše da su ponuđeni stripovi za PCR optički čisti i da su kompatibilni sa aparatom Quant Studio 5*
    - *stavka 8 – ne piše da su strip poklopci optički čisti i da je pakovanje od 300*

komada

- *stavka 9 – ne piše da su pasterove pipete dužine 160 mm, niti piše graduacija.*

Zbog navedenog, ponuda "Derby trade" d.o.o. Brčko za lot 1 je neprihvatljiva i odbačena u skladu sa članom 68. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ponuda „Profy" d.o.o. Bijeljina za lot 1 je neprihvatljiva za Ugovorni organ iz sledećih razloga:

- *tačkom 3.3. tenderske dokumentacije broj 6029/26 od ponuđača je traženo da dokažu da je roba koju nude registrovana kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH ili da ponuđena roba posjeduje odgovarajuće uvjerenje o kvalitetu ukoliko se nude neregistrovana medicinska sredstva. Ponuđač "Profy" d.o.o. Bijeljina je dostavio ponudu za lot 1, ali je umjesto zahtjevane dokumentacije kao dokaz tehničke i profesionalne sposobnosti dostavio sledeće:*
  - *stavke 1, 2, 3 i 4 – Sertifikat kvaliteta izdat od strane proizvođača*
  - *stavke 5 i 6 – Sertifikat kvaliteta izdat od strane proizvođača*
  - *stavka 7 – Sertifikat kvaliteta izdat od strane proizvođača u kojem je navedeno da se proizvodi mogu koristiti samo u svrhu istraživanja*
  - *stavka 8 – Sertifikat kvaliteta izdat od strane proizvođača u kojem je navedeno da se proizvodi mogu koristiti samo u svrhu istraživanja*

Komisija je utvrdila da je ponuđač "Profy" d.o.o. Bijeljina samo za stavku 9 u lotu 1 dostavio "Declaration of Conformity", kako je traženo tenderskom dokumentacijom. Zbog navedenog, ponuda "Profy" d.o.o. Bijeljina za lot 1 je neprihvatljiva i odbačena u skladu sa članom 68. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ponuda „Medicom" d.o.o. Bijeljina za lot 1 je neprihvatljiva za Ugovorni organ iz sledećih razloga:

- *tačkom 3.3. tenderske dokumentacije broj 6029/26 od ponuđača je traženo da dokažu da je roba koju nude registrovana kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH ili da ponuđena roba posjeduje odgovarajuće uvjerenje o kvalitetu ukoliko se nude neregistrovana medicinska sredstva. Ponuđač "Medicom" d.o.o. Bijeljina je dostavio ponudu za lot 1, ali je umjesto zahtjevane dokumentacije kao dokaz tehničke i profesionalne sposobnosti dostavio sledeće:*

- *stavke 1, 2, 3 i 4 – Sertifikat kvaliteta izdat od strane proizvođača*
- *stavke 5 i 6 – Sertifikat kvaliteta izdat od strane proizvođača*
- *stavka 7 – Sertifikat kvaliteta izdat od strane proizvođača u kojem je navedeno da se proizvodi mogu koristiti samo u svrhu istraživanja*
- *stavka 8 – Sertifikat kvaliteta izdat od strane proizvođača u kojem je navedeno da se proizvodi mogu koristiti samo u svrhu istraživanja*
- *stavka 9 – Izjava proizvođača o uklanjanju oznake CE-IVD sa proizvoda*

Zbog navedenog, ponuda "Medicom" d.o.o. Bijeljina za lot 1 je neprihvatljiva i odbačena u skladu sa članom 68. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH.

U skladu sa navedenim odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke pravo žalbe ime svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda Zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke. Žalba se može izjaviti u roku od 10 dana od dana prijema odluke. Žalba se izjavljuje na način propisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama.

DIREKTOR

Prim. dr Mikajlo Lazić

Dostavljeno:
- Ponuđačima
- Odsjeku za javne nabavke
- a/a